

Datum:		Prüfbericht Nr:	743236
Kunde:	Monis Wäschereiservice		20.03.2024
Anschrift:	A-6410 Telfs, Krehbachgasse 6a	Versionsnummer:	3.0 CHT AN
Prüfungs-Art:	Mikrobiologische Untersuchung mittels DES-CONTROLLER®	Prüfung erfolgte mit DES-CONTROLLER® Bioindikatoren / Keimbelastung gemäß Richtlinien des VAH und RKI:	
Prüfung durch:	Hannes Krautgasser		

Auswertungsergebnisse der mikrobiologischen Untersuchung:

ID Nr. DES-CONTROLLER®	Typ	Maschine / Typ	Waschprogramm	Keimreduktion				Verfahrenstest bestanden
				10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶	10 ⁷	
743236	3004S	IPSO IY335	Bettwäsche weiss, Smart Protection	ja	ja	ja	ja	ja
743237	3004S	Michaelis 120 Kg Hygiene	Bettwäsche weiss, Smart Protection	ja	ja	ja	ja	ja
743238	3004S	Girbau 6023	Bettwäsche bunt, Smart Protection	ja	ja	ja	ja	ja

*Hinweis: Eine ausreichende Desinfektionswirkung ist erreicht, wenn die Keimabtötung bei 10⁵ und mehr liegt.

