

Datum:		Prüfbericht Nr:	714856
Kunde:	Monis Wäschereiservice	Auswertung vom:	15.03.2022
Anschrift:	A-6410 Telfs, Krehbachgasse 6a	Versionsnummer:	3.0 CHT AN
Prüfungs-Art:	Mikrobiologische Untersuchung mittels DES-CONTROLLER®	Prüfung erfolgte mit DES-CONTROLLER® Bioindikatoren / Keimbelastung gemäß Richtlinien des VAH und RKI:	
Prüfung durch:	Hannes Krautgasser		

Auswertungsergebnisse der mikrobiologischen Untersuchung:

ID Nr. DES-CONTROLLER®	Typ	Maschine / Typ	Waschprogramm		Keimreduktion				Verfahrenstest bestanden
					10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶	10 ⁷	
714856	3004S	WSM Nr. 1	21 Bettwäsche weiss / Smart Protection	Wäscherei	ja	ja	ja	ja	ja
714857	3004S	WSM Nr. 2	31 Bettwäsche bunt / Smart Protection	Wäscherei	ja	ja	ja	ja	ja

*Hinweis: Eine ausreichende Desinfektionswirkung ist erreicht, wenn die Keimabtötung bei 10⁵ und mehr liegt.

